Value Sheet / Datenblatt / Fiche de valeurs / Tabulka hodnot / Φύλλο τιμών / Hoja de valores / Väärtuste leht / Értéklap / Scheda dei valori / Verčių lapas / Vērtību tabula / Arkusz wartości / Folha de valores / Fişa de valori / Hárok hodnôt / Referensblad

Lipotrol

REF **981653** **5 x 3 ml**

LOT **G536** **2012-08**

THIS VALUE SHEET IS APPLICABLE FOR KONELAB™ AND T SERIES OUTSIDE THE US.[1)]

REF	⊕	UNIT	sd	±2sd	BÄK	METHOD
Apolipoprotein A1	1.49	g/l	0.075	1.34 - 1.64	N/A	3)
981929	149	mg/dl	7.5	134 - 164		
Apolipoprotein B	0.85	g/l	0.043	0.77 - 0.94	N/A	3)
981930	85	mg/dl	4.3	77 - 94		
Cholesterol	4.5	mmol/l	0.23	4.1 - 5.0	4.2 - 4.8	CHOD, Trinder
981812, 981813	174	mg/dl	8.7	157 - 191	162 - 186	
	1.74	g/l	0.087	1.57 - 1.91	1.62 - 1.86	
HDL-Cholesterol Plus	1.24	mmol/l	0.062	1.12 - 1.36	N/A	4)
981823, 981824	48	mg/dl	2.4	43 - 53		3. Generation
	0.48	g/l	0.024	0.43 - 0.53		
LDL Cholesterol	2.52	mmol/l	0.189	2.14 - 2.90	N/A	4)
981656	97	mg/dl	7.3	83 - 112		
	0.97	g/l	0.073	0.83 - 1.12		
Triglycerides	1.39	mmol/l	0.104	1.18 - 1.60	1.26 - 1.52	GPO, Trinder
981301, 981786	123	mg/dl	9.2	105 - 142	112 - 134	
	1.23	g/l	0.092	1.05 - 1.42	1.12 - 1.34	

Notes / Hinweis / Remarque / Poznámky / Σημειώσεις / Notas / Märkused / Megjegyzések / Note / Pastabos / Piezīmes / Uwaga / Notas / Note / Poznámky / Kommentarer:

1) This value sheet is applicable for Konelab™ and T Series outside the US. / Das vorliegende Datenblatt gilt für Konelab™ and die T Series außerhalb der USA. / Cette feuille de valeurs s'utilise avec le Konélab™ et la gamme T hors des Etats-Unis. / Tento protokol platí pro přístroje Konelab™ a řady T mimo USA. / Αυτό το φύλλο τιμών εφαρμόζεται για τις σειρές Konelab™ και T Series εκτός των ΗΠΑ. / Esta hoja de valores es aplicable para Konelab™ y T Series fuera de los EE. UU. / Väärtuste tabel on rakendatav Konelab™ ja T Series aparaatidele väljaspool Ameerika Ühendriike. / Ez az értéktáblázat az Egyesült Államokon kívül forgalmazott Konelab™ és T Seriesre érvényes. / Questo foglio valori è applicabile per Konelab™ e la serie T all'esterno degli USA. / Šis reikšmių lapas taikomas Konelab™ ir „T Series" už JAV ribų. / Šī vērtību lapa attiecas tikai uz Konelab™ un T Series ārpus ASV. / Niniejsze zestawienie wartości dotyczy Konelab™ oraz T Series poza granicami USA. / Esta folha de valores aplica-se ao Konelab™ e à série T fora dos EUA. / Această fişă de valori se aplică pentru Konelab şi Seria T în afara S.U.A. / Tento hárok hodnôt je použiteľný pre Konelab™ a T Sériu mimo USA. / Detta faktablad gäller för Konelab™ och T-serien utanför USA.

2) Deutsches Ärzteblatt, 15. Feb. 2008.

3) immunoturbidimetry / Immunturbidimetrie / immunoturbidimétrie / imunoturbidimetrie / ανοσοθολοσιμετρία / inmunoturbidimetría / immunoturbidimeetria / immun-turbidimetria / immunoturbidimetria / imunoturbidimetrija / imunoturbidimetrija / Immunoturbidymetria / imunoturbidimetrie / imunoturbidimetrie / imunoturbidimetria / immunturbidimetri

4) direct method / direkte Methode / méthode directe / přímá metoda / άμεση μέθοδος / método directo / otsene meetod / direkt módszer / metodo diretto / tiesioginis metodas / tiešā metode / método directo / přímá metoda / Metoda directă / priama metóda / direkt metod.

Thermo Fisher Scientific Oy
Clinical Diagnostics Finland
Ratastie 2, P.O. Box 100, FI-01621 Vantaa, Finland
Tel. +358 9 329 100, Fax +358 9 3291 0300
www.thermo.com/konelab
2011-07-11

CE

Template: D01633_6 © 2011 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.

Value Sheet / Datenblatt / Fiche de valeurs / Tabulka hodnot / Φύλλο τιμών / Hoja de valores / Väärtuste leht / Értéklap / Scheda dei valori / Verčių lapas / Vērtību tabula / Arkusz wartości / Folha de valores / Fişa de valori / Hárok hodnôt / Referensblad

Lipotrol

REF **981653** **5 x 3 ml**

LOT **E447** **2012-02**

THIS VALUE SHEET IS APPLICABLE FOR KONELAB™ AND T SERIES OUTSIDE THE US.[1)]

REF	⊕	UNIT	sd	±2sd	BÄK	METHOD
Apolipoprotein A1	1.49	g/l	0.075	1.34 - 1.64	N/A	3)
981702, 981929	149	mg/dl	7.5	134 - 164		
Apolipoprotein B	0.85	g/l	0.043	0.77 - 0.94	N/A	3)
981703, 981930	85	mg/dl	4.3	77 - 94		
Cholesterol	4.5	mmol/l	0.23	4.1 - 5.0	4.2 - 4.8	CHOD, Trinder
981812, 981813	174	mg/dl	8.7	157 - 191	162 - 186	
	1.74	g/l	0.087	1.57 - 1.91	1.62 - 1.86	
HDL-Cholesterol Plus	1.24	mmol/l	0.062	1.12 - 1.36	N/A	4)
981823, 981824	48	mg/dl	2.4	43 - 53		3. Generation
	0.48	g/l	0.024	0.43 - 0.53		
LDL Cholesterol	2.52	mmol/l	0.189	2.14 - 2.90	N/A	4)
981656	97	mg/dl	7.3	83 - 112		
	0.97	g/l	0.073	0.83 - 1.12		
Triglycerides	1.44	mmol/l	0.108	1.22 - 1.66	1.31 - 1.57	GPO, Trinder
981301, 981786	128	mg/dl	9.6	108 - 147	116 - 139	
	1.28	g/l	0.096	1.08 - 1.47	1.16 - 1.39	

Notes / Hinweis / Remarque / Poznámky / Σημειώσεις / Notas / Märkused / Megjegyzések / Note / Pastabos / Piezīmes / Uwaga / Notas / Note / Poznámky / Kommentarer:

1) This value sheet is applicable for Konelab™ and T Series outside the US. / Das vorliegende Datenblatt gilt für Konelab™ and die T Series außerhalb der USA. / Cette feuille de valeurs s'utilise avec le Konélab™ et la gamme T hors des Etats-Unis. / Tento protokol platí pro přístroje Konelab™ a řady T mimo USA. / Αυτό το φύλλο τιμών εφαρμόζεται για τις σειρές Konelab™ και T Series εκτός των ΗΠΑ. / Esta hoja de valores es aplicable para Konelab™ y T Series fuera de los EE. UU. / Väärtuste tabel on rakendatav Konelab™ ja T Series aparaatidele väljaspool Ameerika Ühendriike. / Ez az értéktáblázat az Egyesült Államokon kívül forgalmazott Konelab™ és T Seriesre érvényes. / Questo foglio valori è applicabile per Konelab™ e la serie T all'esterno degli USA. / Šis reikšmių lapas taikomas Konelab™ ir „T Series" už JAV ribų. / Šī vērtību lapa attiecas tikai uz Konelab™ un T Series ārpus ASV. / Niniejsze zestawienie wartości dotyczy Konelab™ oraz T Series poza granicami USA. / Esta folha de valores aplica-se ao Konelab™ e à série T fora dos EUA. / Această fişă de valori se aplică pentru Konelab şi Seria T în afara S.U.A. / Tento hárok hodnôt je použiteľný pre Konelab™ a T Sériu mimo USA. / Detta faktablad gäller för Konelab™ och T-serien utanför USA.

2) Deutsches Ärzteblatt, 15. Feb. 2008.

3) immunoturbidimetry / Immunturbidimetrie / immunoturbidimétrie / imunoturbidimetrie / ανοσοθολοσιμετρία / inmunoturbidimetría / immunoturbidimeetria / immun-turbidimetria / immunoturbidimetria / imunoturbidimetrija / imunoturbidimetrija / Immunoturbidymetria / imunoturbidimetrie / imunoturbidimetrie / imunoturbidimetria / immunturbidimetri

4) direct method / direkte Methode / méthode directe / přímá metoda / άμεση μέθοδος / método directo / otsene meetod / direkt módszer / metodo diretto / tiesioginis metodas / tiešā metode / método directo / přímá metoda / Metoda directă / priama metóda / direkt metod.

Thermo Fisher Scientific Oy
Clinical Diagnostics Finland
Ratastie 2, P.O. Box 100, FI-01621 Vantaa, Finland
Tel. +358 9 329 100, Fax +358 9 3291 0300
www.thermo.com/konelab
2009-10-05

Template: D01633_6 © 2009 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved.