

Value Sheet / Datenblatt / Fiche de valeurs / Tabulka hodnot / Φύλλο τιμών / Hoja de valores / Väärtuste leht / Értéklap / Scheda dei valori / Verčij lapas / Vērtību tabula / Arkusz wartości / Folha de valores / Fișa de valori / Hárok hodnôt / Referensblad

HbA1c/Hb Calibrator



HbA1c Standardized according to IFCC

/Gemäß der IFCC-standardisierten Methode/ Standardisé conformément à l'IFCC/ Standardizováno podle IFCC/ Τυποποιημένο σύμφωνα με IFCC/ Estandardizado según el IFCC/ Standardiseeritud IFCC nõuete kohaselt/ Az IFCC szerint standardizálva/ Standardizzata secondo IFCC/ Standartizēts saskaņā ar IFCC/ Standartizuota pagal IFCC/ Standaryzacja zgodna z IFCC/ Padronizado de acordo com a IFCC / Standardizat conform IFCC / Štandardizovaný podľa IFCC/ Standardiserad enligt IFCC

REF 981925 **CAL** 1 x 2 ml

LOT G767  2012-10

THIS VALUE SHEET IS APPLICABLE FOR KONELAB™ AND T SERIES OUTSIDE THE US.¹⁾

	HbA1c	Hb		
CAL			UNIT	
HbA1c Calibrator	1.502	8.129	mmol/l	SI
	24.2	131	g/l	
	2.42	13.1	g/dl	

Notes / Hinweis / Remarque / Poznámky / Σημειώσεις / Notas / Märkused / Megjegyzések / Note / Pastabos / Piezīmes / Uwaga / Notas / Note / Poznámky / Kommentarer:

It is recommended to let the calibrator be max. for one hour on the analyzer. / Es wird empfohlen, den Kalibrator maximal eine Stunde lang im Analysengerät zu lassen. / Il est conseillé de ne pas laisser séjourner le calibrateur pendant plus d'une heure dans l'analyseur. / Doporučuje se nenechávat kalibrátor v analyzátoru déle než jednu hodinu. / Συνιστάται να αφήσετε το διάλυμα βαθμονόμησης μέχρι μία ώρα στον αναλυτή. / El calibrador debe permanecer en el analizador un tiempo máximo recomendado de una hora. / Kalibratoriit ei ole soovitatav hoida analüsaatoris üle ühe tunni. / A kalibrátort legfeljebb egy órára szabad az analizátoron hagyni. / Si raccomanda di lasciare il calibratore sull'analizzatore per un tempo massimo di un'ora. / Ir ieteiktis, ļaut kalibratoram, analizatorā atrasties maksimāli vienu stundu. / Rekomenduojama kalibratorių laikyti analizatoriuje maks. vieną valandą. / Zaleca się zostawić kalibrator max. przez jedną godzinę na pokładzie analizatora. / Recomenda-se que o calibrador permaneça no máx. durante uma hora no analisador. / Se recomandă lăsarea calibratorului timp de maxim o oră pe analizor. / Odporuča sa nechat kalibrátor v analyzátoru maximálne jednu hodinu. / Kalibratom bör inte lämnas längre än en timme i analysatorn.

1) This value sheet is applicable for Konelab™ and T Series outside the US. / Das vorliegende Datenblatt gilt für Konelab™ and die T Series außerhalb der USA. / Cette feuille de valeurs s'utilise avec le Konelab™ et la gamme T hors des Etats-Unis. / Tento protokol platí pro přístroje Konelab™ a řady T mimo USA. / Αυτό το φύλλο τιμών εφαρμόζεται για τις σειρές Konelab™ και T Series εκτός των ΗΠΑ. / Esta hoja de valores es aplicable para Konelab™ y T Series fuera de los EE. UU. / Väärtuste tabel on rakendatav Konelab™ ja T Series aparatuuridele väljaspool Ameerika Ühendriike. / Ez az értéktáblázat az Egyesült Államokon kívül forgalmazott Konelab™ és T Seriesre érvényes. / Questo foglio valori è applicabile per Konelab™ e la serie T all'esterno degli USA. / Šis reikšmių lapas taikomas Konelab™ ir „T Series“ už JAV ribų. / Šī vērtību lapa attiecas tikai uz Konelab™ un T Series ārpus ASV. / Niniejsze zestawienie wartości dotyczy Konelab™ oraz T Series poza granicami USA. / Esta folha de valores aplica-se ao Konelab™ e à série T fora dos EUA. / Această fișă de valori se aplică pentru Konelab și Seria T în afara S.U.A. / Tento hárok hodnôt je použiteľný pre Konelab™ a T Sériu mimo USA. / Detta faktablad gäller för Konelab™ och T-serien utanför USA.



Thermo Fisher Scientific Oy
Clinical Diagnostics Finland
Ratastie 2, P.O. Box 100, FI-01621 Vantaa, Finland
Tel. +358 9 329 100, Fax +358 9 3291 0300
www.thermoscientific.com
2011-11-15

Value Sheet / Datenblatt / Fiche de valeurs / Tabulka hodnot / Φύλλο τιμών / Hoja de valores / Väärtuste leht / Értéklap / Scheda dei valori / Verčij lapas / Vērtību tabula / Arkusz wartości / Folha de valores / Fișa de valori / Hárok hodnôt / Referensblad

HbA1c/Hb Calibrator

HbA1c Standardized according to IFCC

/Gemäß der IFCC-standardisierten Methode/ Standardisé conformément à l'IFCC/ Standardizováno podle IFCC/ Τυποποιημένο σύμφωνα με IFCC/ Estandardizado según el IFCC/ Standardiseeritud IFCC nõuete kohaselt/ Az IFCC szerint standardizálva/ Standardizzata secondo IFCC/ Standardizēts saskaņā ar IFCC/ Standardizuoata pagal IFCC/ Standaryzacja zgodna z IFCC/ Padronizado de acordo com a IFCC / Standardizat conform IFCC / Standardizovaný podľa IFCC/ Standardiserad enligt IFCC

REF 981925 CAL 1 x 2 ml

LOT G627 2012-10

THIS VALUE SHEET IS APPLICABLE FOR KONELAB™ AND T SERIES OUTSIDE THE US.¹⁾

	HbA1c	Hb		
CAL			UNIT	
HbA1c Calibrator	1.502	8.129	mmol/l	SI
	24.2	131	g/l	
	2.42	13.1	g/dl	

Notes / Hinweis / Remarque / Poznámky / Σημειώσεις / Notas / Märkused / Megjegyzések / Note / Pastabos / Piezīmes / Uwaga / Notas / Note / Poznámky / Kommentarer:

It is recommended to let the calibrator be max. for one hour on the analyzer. / Es wird empfohlen, den Kalibrator maximal eine Stunde lang im Analysengerät zu lassen. / Il est conseillé de ne pas laisser séjourner le calibrateur pendant plus d'une heure dans l'analyseur. / Doporučuje se nenechávat kalibrátor v analyzátoru déle než jednu hodinu. / Συνιστάται να αφήσετε το δόλυμα βαθμονόμησης μέχρι μία ώρα στον αναλυτή. / El calibrador debe permanecer en el analizador un tiempo máximo recomendado de una hora. / Kalibraatorit ei ole soovitatav hoida analüsaatoris üle ühe tunni. / A kalibrátort legfeljebb egy órára szabad az analizátoron hagyni. / Si raccomanda di lasciare il calibratore sull'analizzatore per un tempo massimo di un'ora. / Ir ieteiktis, ļaut kalibratoram analizatorā atrasties maksimāli vienu stundu. / Rekomenduojama kalibratorių laikyti analizatoriuje maks. vieną valandą. / Zaleca się zostawić kalibrator max. przez jedną godzinę na pokładzie analizatora. / Recomenda-se que o calibrador permaneça no máx. durante uma hora no analisador. / Se recomandă lăsarea calibratorului timp de maxim o oră pe analizor. / Odporuča sa nechať kalibrátor v analyzátoro maximálne jednu hodinu. / Kalibratorn bör inte lämnas längre än en timme i analysatorn.

1) This value sheet is applicable for Konelab™ and T Series outside the US. / Das vorliegende Datenblatt gilt für Konelab™ and die T Series außerhalb der USA. / Cette feuille de valeurs s'utilise avec le Konelab™ et la gamme T hors des Etats-Unis. / Tento protokol platí pro přístroje Konelab™ a řady T mimo USA. / Αυτό το φύλλο τιμών εφαρμόζεται για τις σειρές Konelab™ και T Series εκτός των ΗΠΑ. / Esta hoja de valores es aplicable para Konelab™ y T Series fuera de los EE. UU. / Väärtuste tabel on rakendatav Konelab™ ja T Series aparatuuridele väljaspool Ameerika Ühendriike. / Ez az értéktáblázat az Egyesült Államokon kívül forgalmazott Konelab™ és T Seriesre érvényes. / Questo foglio valori è applicabile per Konelab™ e la serie T all'esterno degli USA. / Šis reikšmių lapas taikomas Konelab™ ir „T Series“ už JAV ribų. / Šī vērtību lapa attiecas tikai uz Konelab™ un T Series ārpus ASV. / Niniejsze zestawienie wartości dotyczy Konelab™ oraz T Series poza granicami USA. / Esta folha de valores aplica-se ao Konelab™ e à série T fora dos EUA. / Această fișă de valori se aplică pentru Konelab și Seria T în afara S.U.A. / Tento hárok hodnôt je použiteľný pre Konelab™ a T Sériu mimo USA. / Detta faktablad gäller för Konelab™ och T-serien utanför USA.



Thermo Fisher Scientific Oy
Clinical Diagnostics Finland
Ratastie 2, P.O. Box 100, FI-01621 Vantaa, Finland
Tel. +358 9 329 100, Fax +358 9 3291 0300
www.thermoscientific.com
2011-09-09

Value Sheet / Datenblatt / Fiche de valeurs / Tabulka hodnot / Φύλλο τιμών / Hoja de valores / Väärtuste leht / Értéklap / Scheda dei valori / Verčij lapas / Vērtību tabula / Arkusz wartości / Folha de valores / Fișa de valori / Hárok hodnôt / Referensblad

HbA1c/Hb Calibrator



HbA1c Standardized according to IFCC

/Gemäß der IFCC-standardisierten Methode/ Standardisé conformément à l'IFCC/ Standardizováno podle IFCC/ Τυποποιημένο σύμφωνα με IFCC/ Estandardizado según el IFCC/ Standardiseeritud IFCC nõuete kohaselt/ Az IFCC szerint standardizálva/ Standardizzata secondo IFCC/ Standartizēts saskaņā ar IFCC/ Standartizuota pagal IFCC/ Standaryzacja zgodna z IFCC/ Padronizado de acordo com a IFCC / Standardizat conform IFCC / Štandardizovaný podľa IFCC/ Standardiserad enligt IFCC

REF 981925 **CAL** 1 x 2 ml

LOT G367  2012-07

THIS VALUE SHEET IS APPLICABLE FOR KONELAB™ AND T SERIES OUTSIDE THE US.¹⁾

	HbA1c	Hb		
CAL			UNIT	
HbA1c Calibrator	1.396	8.502	mmol/l	SI
	22.5	137	g/l	
	2.25	13.7	g/dl	

Notes / Hinweis / Remarque / Poznámky / Σημειώσεις / Notas / Märkused / Megjegyzések / Note / Pastabos / Piezīmes / Uwaga / Notas / Note / Poznámky / Kommentarer:

It is recommended to let the calibrator be max. for one hour on the analyzer. / Es wird empfohlen, den Kalibrator maximal eine Stunde lang im Analysengerät zu lassen. / Il est conseillé de ne pas laisser séjourner le calibrateur pendant plus d'une heure dans l'analyseur. / Doporučuje se nenechávat kalibrátor v analyzátoru déle než jednu hodinu. / Συνιστάται να αφήσετε το διάλυμα βαθμονόμησης μέχρι μία ώρα στον αναλυτή. / El calibrador debe permanecer en el analizador un tiempo máximo recomendado de una hora. / Kalibratoriit ei ole soovitatav hoida analüsaatoris üle ühe tunni. / A kalibrátort legfeljebb egy órára szabad az analizátoron hagyni. / Si raccomanda di lasciare il calibratore sull'analizzatore per un tempo massimo di un'ora. / Ir ieteiktis, ļaut kalibratoram analizatorā atrasties maksimāli vienu stundu. / Rekomenduojama kalibratorių laikyti analizatoriuje maks. vieną valandą. / Zaleca się zostawić kalibrator max. przez jedną godzinę na pokładzie analizatora. / Recomenda-se que o calibrador permaneça no máx. durante uma hora no analisador. / Se recomandă lăsaarea calibratorului timp de maxim o oră pe analizor. / Odporuča sa nechat kalibrátor v analyzátoru maximálne jednu hodinu. / Kalibratom bör inte lämnas längre än en timme i analysatorn.

1) This value sheet is applicable for Konelab™ and T Series outside the US. / Das vorliegende Datenblatt gilt für Konelab™ and die T Series außerhalb der USA. / Cette feuille de valeurs s'utilise avec le Konelab™ et la gamme T hors des Etats-Unis. / Tento protokol platí pro přístroje Konelab™ a řady T mimo USA. / Αυτό το φύλλο τιμών εφαρμόζεται για τις σειρές Konelab™ και T Series εκτός των ΗΠΑ. / Esta hoja de valores es aplicable para Konelab™ y T Series fuera de los EE. UU. / Väärtuste tabel on rakendatav Konelab™ ja T Series aparatuuridele väljaspool Ameerika Ühendriike. / Ez az értéktáblázat az Egyesült Államokon kívül forgalmazott Konelab™ és T Seriesre érvényes. / Questo foglio valori è applicabile per Konelab™ e la serie T all'esterno degli USA. / Šis reikšmių lapas taikomas Konelab™ ir „T Series“ už JAV ribų. / Šī vērtību lapa attiecas tikai uz Konelab™ un T Series ārpus ASV. / Niniejsze zestawienie wartości dotyczy Konelab™ oraz T Series poza granicami USA. / Esta folha de valores aplica-se ao Konelab™ e à série T fora dos EUA. / Această fișă de valori se aplică pentru Konelab și Seria T în afara S.U.A. / Tento hárok hodnôt je použiteľný pre Konelab™ a T Sériu mimo USA. / Detta faktablad gäller för Konelab™ och T-serien utanför USA.



Thermo Fisher Scientific Oy
Clinical Diagnostics Finland
Ratastie 2, P.O. Box 100, FI-01621 Vantaa, Finland
Tel. +358 9 329 100, Fax +358 9 3291 0300
www.thermoscientific.com
2011-05-26